



Autorizovaná metrologická
střediska

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka
Mašek/153

Praha
2024-10-02

Pokyn k provádění přezkušování stanoveného měřidla

Za účelem sjednocení postupu autorizovaných metrologických středisek při provádění přezkoušení stanoveného měřidla podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii (dále jen „zákon o metrologii“), vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor metrologie, tento pokyn.

Autorizované metrologické středisko (dále jen „AMS“), provede na základě žádosti uživatele stanoveného měřidla přezkoušení stanoveného měřidla podle § 11a zákona o metrologii.

Pozn.: v zákoně o metrologii ani v prováděcím právním předpise (viz níže) není uveden zákonný důvod k odmítnutí takové žádosti.

AMS bude postupovat v souladu s ustanoveními § 11a zákona o metrologii, s ustanoveními § 14a vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření (dále jen „vyhláška č. 262/2000 Sb.“) a s ustanoveními příslušného opatření obecné povahy (dále jen „OOP“).

Účelem přezkoušení stanoveného měřidla je posouzení (přezkoušení) toho, zda měřidlo splňuje metrologické vlastnosti stanovené v OOP, a to vyhodnocením zkoušek specifikovaných a provedených podle OOP.

Z výše uvedených dokumentů plyne, že AMS technickou zkoušku (dle OOP funkční zkoušku) stanoveného měřidla provede, pokud je měřidlo k této zkoušce způsobilé. Posouzení způsobilosti k technické zkoušce je součástí vnější prohlídky (dle OOP vizuální prohlídky), při které AMS rovněž posoudí stanovená označení, která mají být umístěna na stanoveném měřidle, a která jsou rovněž uvedena v příslušném OOP, a **zajišťovací prvky** (značky, plomby). Mezi tato označení a zajišťovací prvky patří i úřední značka (značky), jejíž (jejichž) umístění je uvedeno v certifikátu o schválení typu nebo v certifikátu EU přezkoušení typu (jako národní značky) a pro kterou musí být na stanoveném měřidle místo pro umístění.

Kritériem nezpůsobilosti stanoveného měřidla k technické zkoušce je například chybějící či nemožná (nečitelná) **identifikace** stanoveného měřidla, kdy by výsledek technické zkoušky (stejně jako ostatních zjištění při posouzení vlastností stanoveného měřidla) nebylo možné přiřadit konkrétnímu měřidlu.

Kritériem nezpůsobilosti stanoveného měřidla k technické zkoušce v případě stanovených označení je dále poškození či nepřítomnost zajišťovacích prvků, které může mít vliv na **integritu** měřidla (jeho metrologické vlastnosti mohly být ovlivněny).

Pokud je možná identifikace stanoveného měřidla a je zajištěna integrita měřidla zajišťovacími prvky (tzn., že je zajištěna ochrana vlastností měřidla před jejich ovlivněním), přičemž je poškozena úřední značka (či některá z úředních značek nebo některá z úředních značek chybí, pokud je certifikátem stanoveno umístění více úředních značek), ale není tím ovlivněna integrita měřidla, nebo uplynula doba platnosti ověření stanoveného měřidla, technickou zkoušku AMS provede.

V souladu s ustanovením § 11a odst. 2 zákona o metrologii AMS po přezkoušení stanoveného měřidla vydá **osvědčení o přezkoušení**, jehož součástí je příloha – zkušební protokol. Náležitosti osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla jsou stanoveny v § 14a vyhlášky č. 262/2000 Sb. V osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla se ve výroku o platnosti nebo neplatnosti ověření, v případě neplatnosti ověření, uvedou důvody neplatnosti v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb.

V souvislosti s účinností vyhlášky č. 127/2024 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v souvislosti s přechodnými ustanoveními této vyhlášky, postupuje AMS tak, že má-li k dispozici údaj o datumu předchozího ověření, které je rozhodné podle přechodných ustanovení vyhlášky č. 127/2024 Sb. k určení doby platnosti ověření, rozhodne podle tohoto údaje.

V případě stanovených měřidel nově uváděných do provozu, která byla uvedena na trh postupy posouzení shody podle zákona č. 90/2016 Sb. a souvisejících nařízení vlády č. 120/2016 Sb. a 121/2016 Sb., se za úřední značku prvotního ověření podle zákona o metrologii považuje označení shody a zajišťovací značky výrobce. Dále se uplatní postup podle předchozího odstavce obdobně.

Výše uvedeným nejsou nijak dotčeny povinnosti uživatele stanoveného měřidla uvedené zejména v § 11 a § 18 zákona o metrologii, ani případná zjištění kontrol nebo státního metrologického dozoru.

Ing. Zbyněk Veselák
ředitel odboru metrologie